

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn. „Usługa serwisowania sprzętu endoskopowego Pentax”.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zestaw I

1. Dotyczy: Załącznika nr 1a opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o usunięcie z Załącznika nr 1a poniższych pozycji (tj. 25 i 26), które występują już w Załączniku nr 1b (Pakiet nr 2) pod pozycją 20 i 21.

25	Videobronchoskop	EB19-J10U	B00UJA0562
26	Videobronchoskop	EB19-J10U	B00UJA0561

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SWZ i usuwa zdublowane pozycje w załączniku nr 1a.

2. Dotyczy: Załącznika nr 4, Pakiet nr 1 i 2.
W związku z powstaniem pewnych niejasności oraz omyłek, zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o naniesienie poprawek w treści umowy, zgodnie z poniższym:

§2

1. Umowa dotyczy stałej obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w załącznikach nr 1a i nr 1b do Umowy :
b) Pakiet nr 2 – pełna obsługa serwisowa z wyłączeniem napraw/wymian uszkodzeń sond USG aparatów od poz. nr 1 do poz. nr 5 oraz od poz. 19 do poz. 21 oraz napraw/wymian obrazowodów aparatów od poz. nr 6 do poz. nr ~~16 18 oraz od poz. 19 do poz. 21.~~
2. Szczegółowy zakres obsługi :
2) naprawę uszkodzeń chipów CCD wideoendoskopów (Pakiet nr 1),
3) umowa nie obejmuje napraw uszkodzeń obrazowodów (które są nienaprawialne) endoskopów optycznych (Pakiet nr 2 od poz. 6 do poz. ~~16 18~~),

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SWZ w załączniku nr 4 projektowane postanowienia umowy tak jak wskazano powyżej.

3. Dotyczy: Załącznika nr 4, Pakiet nr 3.
Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o naniesienie poprawek we wzorze umowy dla Pakietu nr 3, zgodnie z poniższym:

§2

7. Umowa dotyczy stałej obsługi serwisowej w zakresie przeglądów urządzeń wymienionych w załączniku nr 1c do Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SWZ w załączniku nr 4 projektowane postanowienia umowy tak jak wskazano powyżej.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie
62-050 Mosina
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68
e-mail: chodziej@wcpit.org

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. modyfikuje zapisy SWZ oraz przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 30.08.2024 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do 28.09.2024 roku.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie
62-050 Mosina
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68
e-mail: chodziej@wcpit.org