

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn. „Zakup i montaż zabudowy meblowej medycznej, zestawu mebli medycznych do sal i gabinetów zabiegowych oraz myjek dezynfektorów”.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zestaw I

Pytanie nr 1

dotyczy Specyfikacji technicznej Pakiet 1 tabela pkt. Lp. 1

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzeń z takim samym poborem mocy dla zasilania z 1-fazowej sieci elektroenergetycznej 230V 50Hz i 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 400V 50Hz wynoszącym 3,2 kW. Rozwiązanie to gwarantuje skuteczność mycia i dezynfekcji, zgodnie z wymogami normy PN EN ISO 15883-3.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.

Pytanie nr 2

dotyczy Specyfikacji technicznej Pakiet 1 tabela pkt. Lp. 4

Prosimy o dopuszczenie urządzeń z systemem 11 dysz strumieniowych i rotacyjnych, w tym 7 dysz rotacyjnych i obrotowa dysza główna, co zapewnia bardzo dużą efektywność czyszczenia niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.

Pytanie nr 3

dotyczy Specyfikacji technicznej Pakiet 1 tabela pkt. Lp. 13

Prosimy o dopuszczenie myjni wyposażonej w ergonomiczny uchwyt do otwierania drzwi nieznacznie (ok. 2 cm) wystający poza linię obudowy urządzenia. Zapewnia to bezpieczne i łatwe otwieranie drzwi komory, a także dzięki brakowi zagłębień ułatwia utrzymanie myjni w czystości.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.

Pytanie nr 4

dotyczy Specyfikacji technicznej Pakiet 1 tabela pkt. Lp. 34

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania myjni o wadze 99 kg. Urządzenie wykonane jest z najwyższej jakości materiałów, co gwarantuje wieloletnią eksploatację, a konstrukcja myjni zapewnia optymalne rozłożenie jej ciężaru na podłodze.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie
62-050 Mosina
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68
e-mail: chodziej@wcpit.org