

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę staplerów i ładunków do staplerów.**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1320) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Zestaw pytań nr 1:**

**Pytanie nr 1**

Pakiet nr 1

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy jednorazowego użytku o długości 30mm, z jedną dźwignią zamykająco-spustową, załadowany ładunkiem do tkanki:

b) normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm)

c) grubej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm).

Budowa staplera umożliwiająca obsługę jedną dłonią - w przypadku opuszczenia pinezki za pomocą dźwigni zamykająco-spustowej lub drugą ręką - manualnie za pomocą suwaka umieszczonego na górze staplera. Zamawiający określi parametry staplera (b lub c) przy składaniu zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 2**

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy jednorazowego użytku o długości 60mm, pozostałe parametry wg SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 3**

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku o długości 30mm do tkanki:

b) normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm)

c) grubej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm).

Zamawiający określi parametry ładunku (b lub c) przy składaniu zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 4**

Poz. 5, 6

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, zszywki ze stopu tytanu, okrągłe w przekroju na całej długości, zamykające się prawidłowo na zmienionych chorobowo tkankach?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 5**

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykająco -tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 85,1 mm, z dwoma

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org

podwójnymi rzędami zszywek, wykonanych ze stopu tytanu, ułożonych naprzemiennie, zszywki okrągłe. Wysokość otwartej zszywki 3,8mm lub 4,8mm. Wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm lub 2,0mm; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Antypoślizgowa rękojeść staplera zapewnia stabilność w dłoni operatora. Zamawiający określi parametry staplera przy składaniu zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 85,1 mm. Ładunek z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki okrągłe. Wysokość otwartej zszywki 3,8 mm lub 4,8 mm. Wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm lub 2,0 mm. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Zamawiający określi parametry staplera przy składaniu zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

#### Pytanie nr 6

Parametry techniczne

Pkt. 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania ładunku do tkanki naczyniowej.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

Zgodnie z art. 135 ust. 3 i art. 137 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 16.09.2024 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do 14.12.2024 roku.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org