



Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na Zakup monitora do zaawansowanych pomiarów hemodynamicznych.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIA ZESTAW nr 1:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści monitor do zaawansowanych pomiarów Hemodynamicznych w technologii LIDCO Firmy Masimo o następujących parametrach technicznych i możliwościach pomiarowych:

II	MONITOR PARAMETRÓW HEMODYNAMICZNYCH
1	Ciągłe monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą małoinwazyjną.
2	Możliwość Ciągłego monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną – wielorazowe 2-palcowe mankiety – pomiar na zmianę z jednego i drugiego palca, 3 rozmiary mankiętów
3	Algorytm oparty na silne pulsu ciśnienia tętniczego
4	Bez konieczności stosowania dodatkowego przetwornika ciśnienia inwazyjnego (znacznie obniża koszty użytkowania urządzenia)
5	Pobór sygnału z dowolnego przetwornika krwawego pomiaru ciśnienia lub z kardiomonitora, do którego podłączony jest przetwornik (poprzez wyjście analog output).
6	Monitorowane parametry: a) ciśnienie: średnie ciśnienie tętnicze (MAP), skurczowe (SYS) i rozkurczowe (DIA); b) częstość akcji serca (HR); c) zmienność akcji serca (HRV); d) objętość wyrzutowa serca (SV); e) pojemność minutowa serca (CO, CI); f) układowy opór naczyniowy (SVR, SVRI); g) dynamiczne parametry obciążenia wstępnego serca: zmiany ciśnienia tętna (PPV) i objętości wyrzutowej (SVV) h) Oxygen Delivery (DO2) (Index)
7	Monitorowanie zmian parametrów hemodynamicznych po interwencji
8	Monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym: w cyklu uderzenie do uderzenia,
9	Monitorowanie parametrów w postaci graficznej (trendy) i cyfrowej (tabelarycznej).
10	Lista dostępnych protokołów z opisem i możliwością komentarza
11	Menu w jęz. polskim, z baterią gwarantującą min 1h pracy.
12	Długoczasowa rejestracja monitorowanych parametrów w celu ich późniejszej analizy (min. 6 miesięcy).
13	Wyświetlanie na ekranie jednocześnie trendów z ostatnich 2 min i trendów z dłuższego okresu 30 min, 60min, 90 min, 2h, 3h, 4h, 6h, 8h
14	Możliwość przesyłania monitorowanych parametrów do zewnętrznego szpitalnego systemu informatycznego oraz na pendrive – do analizy danych na laptopie

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie
62-050 Mosina
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68
e-mail: chodziej@wcpit.org



15	Licencja użytkowa do monitora metodą małoinwazyjną i na nielimitowaną eksploatację na okres 365 dni
16	Wózek z możliwością regulacji wysokości
17	Ekran dotykowy 15', bez określenia ilości pixeli, ale o bardzo dobrej rozdzielczości, opcja dzień / noc i ikona robienia screenu ekranu
18	Wyświetlanie rzeczywistej krzywej ciśnienia tętniczego (AP)
19	Wybór sposobu prezentacji danych pomiarowych - min. 2 tryby

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. modyfikuje zapisy SWZ oraz przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **14.10.2024** roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do **12.11.2024** roku.

dm

Dyrektor
[Signature]
dr n. med. Małgorzata Brugi

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie
62-050 Mosina
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68
e-mail: chodziej@wcpit.org