

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę wyrobów medycznych do podaży leków.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia:

#### Zestaw pytań nr 1:

##### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga kodu UDI na opakowaniu zbiorczym?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga oznakowania na opakowaniu zgodnie z Rozporządzeniem UE 2017/745.**

##### Pytanie nr 2

do pozycji 1 W opisie przedmiotu zamówienia zauważyliśmy użycie patentu jednego wykonawcy, dotyczącego automatycznego pozytywnego ciśnienia podczas wyciągania igły. Chcielibyśmy podkreślić, że nasza konstrukcja igły nie wymaga takiego rozwiązania i automatyczne pozytywne ciśnienie podczas wyciągania igły nie jest wymagane. Prosimy o zastosowanie zasady równoważności dla produktu równoważnego, którego nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień są zgodnie z art. 99 ust. 1 i 3 ustawy (ang. Common Procurement Vocabulary) i który spełnia tożsame funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta i dopuści igłę Hubera, niesilikonowaną, zakrzywioną o atraumatycznym szlifie, z karbowanymi, odpinanymi skrzydełkami, z drenem o dł. 18cm, z zaciskiem i złączem luer-lock, z osłoną zabezpieczającą przeciw samozakłuciu, z przezroczystą podstawą i miękką, nienasiąkliwą pianką o grubości 4mm, zapewniającą pacjentowi komfort użytkowania, stosowana do wstrzyknięć ciśnieniowych – maksymalne ciśnienie do 325 Psi (oznaczenie na opakowaniu), do podawania kontrastu, do wlewów, możliwe w środowisku CT, nie zawiera lateksu i DEHP. Oznaczenie kolorystyczne na opakowaniu.

Igły w rozmiarach 19G, 20G i 22G o długościach: 15, 20, 25mm



**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

##### Pytanie nr 3

Producenci pakują igły w różne opakowania zbiorcze, np. po 12,15, 25 lub 50szt. Czy Zamawiający w celu umożliwienia składania ofert wielu wykonawcom zmieni jednostkę miary w kolumnie 2 z op. na sztukę wraz z przeliczeniem wymaganych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę miary z opakowania na sztukę z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org

**Pytanie nr 4**

Czy igła ma mieć na opakowaniu i w instrukcji oznakowanie potwierdzające kompatybilność z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. tj. PSI i CT czy wystarczy oświadczenie producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści bezpieczną igłę do portów z ostrzem Hubera, do długich przetoczeń ze zintegrowaną twardą podkładką nieabsorbującą płyny, zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem, umożliwiającą obsługę jedną ręką, w postaci dźwigni sygnalizującej akustycznie i wizualnie bezpieczną pozycję igły podczas wyjmowania, z prostokątnym korpusem z przejrzystego materiału, pozwalającą na ciągłą obserwację miejsca wkłucia, z miękką poduszką od strony kontaktu ze skórą pacjenta z medycznej pianki zespoloną z korpusem igły. Zastosowanie pozytywnego ciśnienia podczas wycofywania igły, z przedłużeniem PCV bez DEHP oraz lateksu z zaciskiem do przerw w infuzji i łącznikiem Luer Lock o długości minimum 20 cm, z kodowaniem rozmiaru za pomocą koloru. Kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Igły w rozmiarach: 19, 20, 22G długości 19 20,25,mm do wyboru przez Zamawiającego. Op.x 20 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Zestaw pytań nr 2:**

**Pytanie nr 1**

Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bezpieczną igłę do portów z ostrzem Hubera nie posiadającą miękkiej poduszki od strony pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 2**

Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bezpieczną igłę do portów z ostrzem Hubera nie mającą kompatybilności ze środowiskiem magnetycznym?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

**Pytanie nr 3**

Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bezpieczną igłę do portów z ostrzem Hubera w rozmiarach 19, 20, 22G o długościach 15, 19, 25, 38mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkty o parametrach podanych w powyższym pytaniu.**

**Pytanie nr 4**

Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bezpieczną igłę do portów z ostrzem Hubera pakowaną zbiorczo po 20 sztuk z przeliczeniem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkty o parametrach podanych w powyższym pytaniu.**

**Zestaw pytań nr 3:**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 2 dla pakietu nr 2

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 3 dni roboczych.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

#### Pytanie nr 2

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 1 dla pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą o zmianę miejsca dostawy z magazynu Apteki na np. magazyn ogólny.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

#### Zestaw pytań nr 4:

##### Pytanie nr 1

Pakiet 1 Pozycja 3

Ze względu na wycofanie przez producenta aplikacji na smartfony zwracamy się z pytaniem czy zamawiający dopuści standardową kalkulację - tabelę rozcieńczeń (parametry na 0,9% NaCl i 5% glukoze)? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza standardową kalkulację.**

##### Pytanie nr 2

Pakiet 2 Pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego o parametrach lepszych/wyższych, tj. łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa 0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylno- sterylizacja radiacyjna. jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy.

W przypadku odmowy prosimy o kliniczne uzasadnienie.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

##### Pytanie nr 3

Pakiet 2 Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawór bezigłowy ma posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne (dołączone do oferty) potwierdzające najmniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku zaworami wykonanymi w technologii pojedynczej zastawki? Pragniemy nadmienić, iż mniej drobnoustrojów transferowanych do wnętrza zaworu i dalej do światła cewnika, a w konsekwencji do organizmu pacjenta z obniżoną odpornością, tym mniejsze ryzyko zakażenia odcewnikowego i możliwość dłuższego utrzymania drożnego wkłucia oraz zmniejszenie kosztów leczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień bez zmiany.**

#### Zestaw pytań nr 5:

##### Pytanie nr 1

Czy w pakiecie nr 3 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org



- Bezpieczna igła do portów z ostrzem Hubera, do długich przetoczeń ze zintegrowaną twardą podkładką nieabsorbującą płyny, zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem, system sygnalizujący akustycznie i wizualnie bezpieczną pozycję igły podczas wyjmowania, z owalnym korpusem z przezroczystego materiału, umożliwiającą ciągłą obserwację miejsca wkłucia, z miękką poduszką od strony kontaktu ze skórą pacjenta z medycznej pianki zespoloną z korpusem igły. Zastosowanie pozytywnego ciśnienia podczas wycofywania igły, z przedłużeniem PCV bez DEHP oraz lateksu z zaciskiem do przerw w infuzji i łącznikiem Luer Lock o długości minimum 20 cm, z kodowaniem rozmiaru za pomocą koloru. Kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. PSI min. 325
- Igły w rozmiarach: 19, 20, 22G długości 15,20,25,32,38 mm do wyboru przez Zamawiającego. Op.x 20 szt. (z przeliczeniem zapotrzebowania w zaokrągleniu do pełnego opakowania)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkty o parametrach podanych w powyższym pytaniu.**

**Zamawiający zmienia zapisy SWZ oraz publikuje zmodyfikowany załącznik nr 1 projektowane postanowienia umowy pod nazwą: „10.12.2024 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy”.**

**Zgodnie z art. 286 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 16.12.2024 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do 14.01.2025 roku.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
NIP 781-16-18-973, Regon 631250369

Szpital w Poznaniu  
60-569 Poznań, ul. Szamarzewskiego 62  
tel. 61 665 43 10, fax 61 663 10 88  
e-mail: poznan@wcpit.org

Szpital w Ludwikowie  
62-050 Mosina  
tel. 61 813 28 31, fax 61 813 28 79  
e-mail: ludwikowo@wcpit.org

Szpital w Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32  
tel. 67 282 28 37, fax: 67 282 08 68  
e-mail: chodziej@wcpit.org